

# PRODUKTDATABLAD

## COAGUCHEK XS INR KONTROLL PT 4 AMPULLER



## COAGUCHEK XS INR KONTROLL PT 4 AMPULLER

CoaguChek XS INR kontroll. Kontroller til bruk på CoaguChek XS Plus instrument. Innholder materiale til 4 kontroller. Kontrollmaterialet må brukes innen 30 min etter rekonstitusjon.

Varenr.	Tekst	Enhet
702555	Coaguchek XS INR kontroll PT 4 ampuller	1

### MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com  
www.mediqnorge.no