


Combur-Test®

Urintestremсор för visuell avläsning



*Pålitliga, exakta och högkvalitativa
resultat utan interferens av askorbinsyra
för ökad patientsäkerhet*

Fakta Combur-Test®

Combur ² Test LN 50 test/frp	Parametrar Leukocyter Neg - ~500 Leu/μL Nitrit Neg - Pos (≥11 μmol/L) Förvaring: 2-30 °C Hållbarhet: ca ≥20 månader	
Combur ³ Test 50 test/frp	Parametrar pH 5 - 9 Protein Neg - 5 g/L Glukos Norm - 55 mmol/L Förvaring: 2-30 °C Hållbarhet: ca ≥20 månader	
Combur ³ Test E 50 test/frp	Parametrar Protein Neg - 5 g/L Glukos Norm - 55 mmol/L Blod Neg - ~250 Ery/μL Förvaring: 2-30 °C Hållbarhet: ca ≥20 månader	
Combur ⁴ Test N 50 test/frp	Parametrar pH 5 - 9 Nitrit Neg - Pos (≥11 μmol/L) Protein Neg - 5 g/L Glukos Norm - 55 mmol/L Förvaring: 2-30 °C Hållbarhet: ca ≥20 månader	
Combur ⁵ Test 100 test/frp	Parametrar Leukocyter Neg - ~500 Leu/μL Nitrit Neg - Pos (≥11 μmol/L) Protein Neg - 5 g/L Glukos Norm - 55 mmol/L Blod Neg - ~250 Ery/μL Förvaring: 2-30 °C Hållbarhet: ca ≥20 månader	
Combur ⁷ Test 100 test/frp	Parametrar pH 5-9 Glukos Norm - 56mmol/L - Ketonar Neg - 15mmol/L- Leukocyter Neg - ~500 Leu/μL Nitrit Neg - Pos (≥17 μmol/L) Protein Neg - 5g/L Blod ≤ 5 / μL - 250 /μL Förvaring: 2-30 °C Hållbarhet: ca ≥20 månader	
Micral-Tests 30 test/frp	Parametrar Microalbumin ~20 - ~100 mg/L Förvaring: 2-30 °C Hållbarhet: ca ≥20 månader	

COBAS är registrerat varumärke från Roche.

©2018

För mer information kontakta

Roche Diagnostics Scandinavia AB, Box 1228, 171 23 Solna, Tel 08-4048800, www.roche.se