


Ett nytt sätt att hantera omläggningar med dränage



OPSITE® Visible dränage förband

OPSITE Visible dränage förband erbjuder en innovativ lösning för att effektivt hantera omläggning av dränage och med den extra fördelen att kunna övervaka omläggningsområdet utan att lyfta på förbandet.

Unik design

Det nya OPSITE Visible Dränage förbandet har en tre lagers konstruktion som kombinerar ett lätt vidhäftande sårkontaktlager¹, hydrocellulär skumdyna, högpermeabel vattentät film² samt två säkerhetsstrips att fästa dränet med. Den är utformad specifikt för dränage och andra percutana katetrar.

Skyddar mot allvarliga komplikationer

Filmen är ogenomtränglig för bakterier³, även MRSA (*in-vitro*)⁴, och så länge förbandet förblir intakt och dränet skyddas från förorening utifrån, bidrar den till att minska risken för infektion.

Kontinuerlig övervakning

Den unika designen gör så att du kan inspektera dränet, och se tidiga tecken på komplikationer, utan onödiga förbandsbyten för dina patienter.

Säkert och bekvämt

De förklippta säkerhetsstripsen hjälper till att hålla dränet på plats. Förbandets design gör att det är bekvämt att bära och mönstrets lågallergena häftmassa⁵ gör att smärtan minskar vid avlägsnandet.⁶

Effektiv hantering vid läkage

Den absorberande skumdynan och den höga genomsläppligheten från filmen hanterar effektivt läkage från dränet.

Efter avlägsnande av dränet kan man använda sig av förbanden OPSITE Post-Op eller OPSITE Post-Op Visible.

Beställningsinformation

Storlek	Art.nr	NHS koder	Förpackning
10cm x 9cm	66800842	ELW336	20

Wound Management

Smith & Nephew
Box 143
431 22 Mölndal
Sverige

www.smith-nephew.com/wound

®Trademark of Smith & Nephew
© Smith & Nephew December 2010
25899

T 031-7465800
F 031-870531

Referencer

1. Foster AVM *et al.* (1994), Comparing two dressings in the treatment of diabetic foot ulcers, J Wound Care, 3 (5), 224 -228.
2. Tompkins L, Laboratory Report – DS/10/084/R1: OPSITE Post-Op Visible Dressings Physical Properties, July 2010.
3. Smith & Nephew Report reference WRP-TW0420281.
4. Smith & Nephew data on file report 0505004.
5. Keene (2007) Low allergy statement.
6. O'Brien, G, *et al.* A multi-centre, prospective, clinical in-market evaluation to assess the performance of OPSITE Post-Op Visible dressings. International wound Journal, 10.1111/j.1742-481X.2010.00689.x.

