



PRODUKTDATABLAD

CONTOUR®NEXT teststrimler



CONTOUR®NEXT teststrimler er designet til nemt at suge blodet ind via spidsen af teststrimlen. Bruger lille blodmængde på 0,6 µL.

CONTOUR®NEXT systemer til måling af blodsukker leverer nøjagtige resultater, selv ved lave blodsukkerkoncentrationer. Nøjagtigheden påvirkes ikke af mange potentielt interfererende stoffer, som er naturligt forekommende i blodet (f.eks. kolesterol eller hæmoglobin) eller potentielt interfererende stoffer, som følge af medicinsk behandling, f.eks. paracetamol, ibuprofen eller tilsvarende.

Second-Chance® fyldning på CONTOUR®NEXT ONE og CONTOUR®NEXT giver dig 60 sekunder til at tilføre mere blod til samme teststrimmel, hvis der ikke blev tilført blod nok første gang. På CONTOUR®NEXT LINK og CONTOUR®NEXT LINK 2.4 har du 30 sekunder til at tilføre mere blod.

Teststrimlerne skal opbevares i den originale beholder. Luk altid låget helt til, så snart du har taget en teststrimmel ud.



Vare nr.	Varebeskrivelse	Indhold
84030881	CONTOUR®NEXT teststrimler	50 stk.

CE klassifikation:
Ja/IVDR, Annex IX

Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:

Ja

Kodes/kalibreres:
Nej

Måleområde:
0,6 - 33,3 mmol/L

Blodmængde:
0,6 µL

Blodet suges fra:
Spidsen af teststrimmel

Måletid:
5 sekunder

Måling foretages ved temperatur:
+5°C til +45°C

Genopfyldning af teststrimler:
Ja, 30 eller 60 sekunder afhængigt af apparatmodel

Genanvendelse:
Nej, må ikke genbruges

Anvendes med:
CONTOUR®NEXT ONE, CONTOUR®NEXT, CONTOUR®NEXT LINK, CONTOUR®NEXT LINK 2.4 og CONTOUR®XT

Teststrimlers holdbarhed fra produktion:
2 år

Holdbarhed af teststrimler fra åbning:
Til udløbsdato på beholderen

Opbevaring:
I den originale beholder. Luk altid låget helt

Opbevaringstemperatur:
Opbevares ved temperaturer mellem 0°C og +30°C

Dansk mærkning på emballagen:
Ja

Dansk brugsanvisning:
Ja

Garanti:
Nej

PVC/ftalater:
Nej

Latex:
Nej

Steril vare/metode:
Nej

Bortskaffelse:
Se indlægsseddel

Batchnummer:
Ja