

## SPRUTA ENTERAL, ENFIT, ENGÅNGSSPRUTOR, STERIL.



### Ingående delar/material

### Färg

<b>Hylsa:</b>	Polypropylen (PP)	Transparent
<b>Kolv:</b>	Polypropylen (PP)	Lila
<b>O-ring</b>	Polyisopren	Svart

### Förpackningar

### Material

### Avfallshantering\*

Peelpack	Papper/PE/PET	Papper/mjukplast
Avdelningsförpackning AFP	Kartong	Kartong
Transportförpackning TFP	Wellpapp	Kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

### Produkten uppfyller:

ISO 80369-3: 2016 kopplingar med små borrhål för vätskor och gaser i vårdapplikationer-del 3: kopplingar för enterala applikationer. ISO 80369-20: 2015 kopplingar med små borrhål för vätskor och gaser i sjukvårdsapplikationer-del 20: vanliga testmetoder. ISO 7886-2: 2020 sterila injektionssprutor för engångsbruk-del 2: sprutor för användning med motordrivna sprutpumpar. Biokompatibilitet enligt ISO 10993.

Art.nr.	Volym	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
EN0120	20 ml	1	25	25 x 12 = 300	TFP
EN0160	60 ml	1	25	25 x 8 = 200	TFP

**Indikation:**

Administrering av näringslösning/ medicin och/eller genomspolning






**Bruksanvisning:**

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.



**Lagring och hållbarhetstid:**

Förvaras på torr och sval plats Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex



STERILE EO

Rx Only

**Övrigt**

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till

**Manufacturer:**

Jiangsu Caina Medical Co., Ltd  
No.23 Huanxi Rd,Zhutang Town,jiangyin,  
City,Jiangsu  
China

**Importer:**

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
www.astmedical.se

**EC-REP:**

Shanghai International Holding Corp GmbH  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg  
Germany