

Filter för medicinsk sugning

FÖR EFTERLEVNAD AV SÄKERHETSSTANDARDER



Omfattande sortiment

- Filter mot dålig lukt, bakteriefilter
- Virusfilter – nyhet 2018
- Medela-kopplingar och koniska kopplingar
- För engångsbruk och återanvändningsbara

Höga prestanda

- Specialutformade medicinska membran med höga prestanda
- Höga bakteriefiltreringsgrader – labbttestat
- Lågt luftmotstånd tack vare stort ytområde

Medela erbjuder en omfattande portfölj av engångsfilter som passar perfekt för alla Medelas sugutrustningar. Med dem kan du specialanpassa ditt sugsystem i enlighet med en rad olika hygienkrav.

- Bakteriefilter utgör den första, grundläggande nivån av hygieniskt skydd. De är ett grundläggande krav om ditt system inte har ett inbyggt bakteriefilter.
- Överströmningsfilter utgör en viktig säkerhetsmekanism som förhindrar att vätskor tränger in i pumpen eller det centrala vakuumsystemet. Två oberoende överflödesmekanismer ska finnas i alla sugsystem.
- Membran mot dålig lukt kapslar effektivt in gaser och dålig lukt, vilket är till stor hjälp i behållare som används under flera timmars tid.
- Dessutom erbjuder Medela återanvändningsbara bakteriefilter för tillämpningar där filtermembranen behöver bytas ut ofta.
- För patienternas och sjukhuspersonalens säkerhet ska pumpfilterbyten ske enligt den frekvens som anges i bruksanvisningen och i enlighet med relevanta lokala riktlinjer för infektionskontroll.
- Filterkapacitet (bakteriefilter) 99,985 % vid partiklar större än 0,3 µm.
- Filtreringskapacitet (virusfilter) 99,9984 % för partiklar större än 0,03 µm.



Medela-koppling



Koniska koppling

Typ av filter	Medela-/Medela-kopplingar	Koniska/Koniska kopplingar	Koniska/Medela-kopplingar	Rekommenderat användningsområde	För följande uppsamlingssystem
Bakterier Virus	077.0573 101035265	077.0574 101035284		Grundläggande hygieniskt skydd	Flergångsbehållare
Bakterier + överströmning Virus + överströmning	077.0571 101035263	077.0572 101035264	077.0834 (med slang) 077.0577	Andra nivåns mekaniskt överströmningsskydd	Engångspåsar Flergångsbehållare
Dålig lukt + bakterier Dålig lukt + virus	077.0575 101035288	077.0576 101035289		Minskning av dålig lukt	Engångspåsar Flergångsbehållare
Dålig lukt + bakterier + överströmning Dålig lukt + virus + överströmning	077.0092 101035286	101035285 101035287		Minskning av dålig lukt kombinerat med överströmningsskydd	Engångspåsar Flergångsbehållare
Partikelfilter	077.0582			Filtrering av partiklar	Engångspåsar
Återanvändningsbart bakteriefilter	077.0581 (filterhus) 077.1014 (filterpapper)			Särskilt för tillämpningar med frekventa filterbyten	Flergångsbehållare

Filterbyte

- I händelse av överströmning eller igensättning, eller
- en gång i veckan vid enpatientsbruk, eller
- dagligen vid flerpatientsbruk.

Testa filtret innan det används på en ny patient för att upptäcka eventuella igensättningar. Följ de lokala hygienföreskrifterna.

Medicinsk sugteknik för vårdpersonal

Kontakta oss eller din lokala Medela-representant för mer information.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Sweden
Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby
Sweden
Phone +46 8 588 03 200
Fax +46 8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se

Lokal kontakt

